

# 仕様書

1 品名 腎盂尿管ビデオスコープ

2 購入機種及び構成内訳

例示品	規格	数量	単位	備考
オリンパス 腎盂尿管ビデオスコープ	URF-V	1	式	
腎盂尿管ビデオスコープ	URF-V	1		
ステラッド滅菌トレイ	W321 × L596 × H100mm	1		

3 納入場所 京都府立与謝の海病院

4 納入期限 平成24年12月28日

5 同等品 不可(現在使用している本体及び関連機器が適用できる必要があるため。)

6 その他

- ・京都府立与謝の海病院が指定した場所に本装置の据え付け、配線等工事及び調整を行うこと。
- ・通常の使用により発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。
- ・納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。
- ・導入時の操作説明は、本院が指定する日時、場所で行うこと。
- ・搬入、設置等で発生したゴミや不要品等の処分は納入業者が行うこと。